



PDレーザBT[®]^{※1}を用いた 光線力学的療法 (Photodynamic therapy) での 照射ターゲットの重複予防及び主幹血管の遮蔽に

PDT用ミラー・ハンドル


PDTミラーの鏡面を術野にかざすことにより患部を見ることができ、レーザー光を反射させることによりレーザー光が到達しにくい部位への照射が可能



PDTミラー 【単回使用】



PDTハンドル



商品コード	商品名	規格	入数	価格	JANコード
PDT-LR	PDTミラー	45°	1枚	26,500円	4560218688620
PDT-LR2	PDTミラー	20°	1枚	26,500円	4560218688644
PDT-HD	PDTハンドル		1個	33,500円	4560218688637

- ※ シャフトやシャフトとミラーの接続部は角度を変える、曲げる等しないこと。
- ※ 滅菌の際は必ずPDTミラー鏡面側の保護フィルムを剥がすこと。
- ※ PDTミラーは Disposable 製品であり、再使用はできません。
- ※ PDTハンドルは再使用可能だが、金属疲労等劣化が生じるので適時交換すること。

PDT用ミラー 医療機器製造販売届出番号 13B2X00094000183 製造販売元 株式会社デンテック

※1 (株)パナソニックヘルスケア半導体レーザー機器・PDレーザBT[®]

販売元

Yufu ユフ精器株式会社
YUFU ITONAGA CO.,LTD.
サージテック事業部
東京都文京区湯島2丁目31番20号 〒113-0034
TEL:03-3811-1001 FAX:03-3811-1651

ご使用前には必ず、添付文書をお読み下さい。
製品改良のため予告なく仕様変更をする場合がありますのであらかじめご了承下さい。

20230201